

측정 성적서

코리아인스트루먼트㈜ 부산지사

부산광역시 사상구 광장로56번길 45

성적서번호 : T25016137-1

Tel : 051-322-0880, Fax : 051-322-4066

페이지 : (1) / (총 2)



1. 의뢰자

기관명 : 고신대학교복음병원

주 소 : 부산광역시 서구 감천로 262 3동 7층 (임상시험센터)

2. 측정기

기 기 명 : 신장측정기

제작회사 및 형식 : JENIX / (0 ~ 200) cm, 0.1 cm

기기번호 : 신장체중자동측정기

3. 측정일자

: 2025. 11. 28

4. 측정환경

- 온도 : (23.3 ± 0.3) °C

- 습도 : (47 ± 3) % R.H.

- 측정장소 ☐ 고정표준실

☐ 이동측정

☒ 현장측정

(주 소 : 부산광역시 서구 감천로 262 3동 7층 (임상시험센터))

5. 측정에 사용한 표준장비 명세

기기명	제작회사 및 형식	기기번호	차기교정예정일자	교정기관
게이지 블록	Mitutoyo / 1급(47품)	1807548	2026. 02. 14	코리아인스트루먼트㈜ 지점
통게이지 블록	Mitutoyo / K급(8품)	0506303	2028. 02. 19	코리아인스트루먼트㈜ 대전지사
통게이지 블록	INSIZE / 1급(1품)	15032	2027. 09. 27	한국표준과학연구원

6. 측정결과 :

측정결과 참조

확 인	작성자	승인자
	성 명 : 이 정 석 이정석	직 위 : 기술책임자 성 명 : 박 상 현 박상현

㈜ 본 성적서의 측정결과는 신청자가 당사에 의뢰한 측정품에만 해당되며, 당사의 서면 승인이 없이 본 성적서의 전부 혹은 일부를 복사하여 사용할 수 없음.

2025. 12. 01

코리아인스트루먼트㈜ 부산지사 대표이사



측 정 결 과

코리아인스트루먼트(주) 부산지사

부산광역시 사상구 광장로56번길 45

성적서번호 : T25016137-1



Tel : 051-322-0880, Fax : 051-322-4066

페이지 : (2) / (총 2)

- * 기기명 : 신장측정기
- * 제작회사 : JENIX
- * 기기번호 : 신장체중자동측정기

1. 측정결과

(단위 : cm)

명 목 값	측 정 값
100.0	100.0
150.0	150.0
200.0	200.0

끝.

